

VISITA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO
(ex Art. 17, comma 1, lettera h, D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626)

UNITA' C.N.R.: (timbro)

Consiglio Nazionale delle Ricerche
ISTITUTO DI SCIENZE NEUROLOGICHE
Località Burga - 87050 MANGONE (CS)

data della visita: 25/09/12

NOTE

- Rispetto precedente rapporto del 24/03/2011 si è constatato quanto segue
- 1) Gli ambienti di lavoro, al momento del sopralluogo, non risultano ottimizzati; più gravi i problemi in laboratorio - alle attrezzature di lavoro (frigoriferi etc.)
 - 2) Ancorone fermi, causa non sovrante verice
 - 3) Attrezzature anti-caduta non verificate e controllate come previsto da normativa vigente
 - 4) Situazione di grave pericolo nelle immediate vicinanze del reattore gas a causa della elevata presenza di idrogeno serbatoio vuoto

il medico competente

il responsabile del servizio di prevenzione e protezione


(timbro e firma)


(timbro e firma)



